

това число и стойността на всички ремонти /труд, командировъчни и транспортни разходи/ и на вложените резервни части в гаранционния период, при условия на доставка до ДКЦ-Русе ЕООД, на адрес гр. Русе, ул. Независимост № 2. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на проекта на договор.

След преглеждане на офертата на участник № 1 „Илан медицинска апаратура” ООД, комисията установи, че:

- офертата на участника отговаря на изискванията на чл. 101в от ЗОП и на предварително обявените от възложителя условия за участие в публичната покана.
- участникът е представил всички документи, посочени от възложителя, и
- от представените документи се установява, че участникът отговаря на изискванията за изпълнение на поръчката, посочени от възложителя.

В резултат от проверката на представените оферти, Комисията

О П Р Е Д Е Л И:

На изискванията отговаря и до участие в процедурата се допуска офертата на:

1. „Илан медицинска апаратура” ООД.

Комисията премина към оценяване на офертите на допуснатите участници при спазване на предварително утвърдените и обявени критерии, а именно “Икономически най-изгодна оферта”.

В своята работа комисията следва Методиката за определяне комплексната оценка на офертите, утвърдена от възложителя с Показатели за комплексна оценка и тяхната относителна тежест, както следва:

Показател	Тежест
Предлагана цена (П _ц)	60 %
Технически предимства на предложеното оборудване (П _{тпо})	40 %

При спазване Указанията за определяне на оценката по всеки показател, комисията оцени офертата на участник № 1 „Илан медицинска апаратура” ООД по следния начин :

"Предлагана Цена" / П_ц / = 46 650.00 / 46 650.00 x 60 = **60 т.**

"Технически предимства на предложеното оборудване (П_{тпо})" :

П_{1,1} - Консумация на електрическа енергия на офериращия ехограф в режим на работа:

- при консумация на електрическа енергия на офериращия ехограф в режим на работа по-малка от 220 VA - **5 т.**

П_{1,2} - Произведен шум от вентилаторите при работа на ехографа:

- Офериращият ехограф при работа е с произведен шум от вентилаторите по-малък от 42dB- **10 т.**

П_{1,3} - Окомплектовка на ехографа с работна станция - софтуерен пакет за инсталация на външна компютърна система, идентичен на програмата на ехографа за оф-лайн пост-обработка на получените ехографски данни, извършване на специализирани измервания и работа с протоколи от изследванията, позволяващ инсталация на няколко компютъра едновременно:

- в окомплектовката на офериращия ехограф е включена посочената работна станция - **10 т.**

П_{1,4} - Наличние на режим на мултигейт спектрален доплер, обработващ едновременно ехо сигнали от множество дълбочини по цялото протекание на ултразвуковия лъч, с построяване на графичен доплеров профил за едновременен анализ в реално време на кръвотока в няколко кръвоносни съда или на различни компоненти на кръвотока в един и същи съд, без загуба на кадрова честота.

- Наличние на посочения режим при офериращия ехограф - **15 т.**

П_{тпо} = П_{1,1} + П_{1,2} + П_{1,3} + П_{1,4} = 5 + 10 + 10 + 15 = 40

Комплексна оценка: П_ц + П_{тпо} = 60 + 40 = 100 т.

С оглед получените комплексни оценки на участниците, Комисията единодушно

Р Е Ш И:

Класира участниците, съгласно критерия “Икономически най-изгодна оферта”, както следва:

на първо място: „Илан медицинска апаратура” ООД, с комплексна оценка 100 т.